

CERekisteröity
lääkintälaitteeksi

Exact™ Q

postkirurginen istuintyyny

Istuintyyny on suunniteltu erikoispehmusteeksi esim. häntäluun alueen kirurgisen toimenpiteen jälkeen. Tuotteen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. ExactQ:ssa on liikaa hylkivä ja läpäisemätön hygieniapäällinen.

TOIMIVUUS

ExactQ soveltuu häntäluun alueen painehaavojen ehkäisyyn matalan ja keskinkertaisen riskin käyttäjille. Tyynyssä on ovaalin muotoinen reikä.

Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus.

TUOTETURVALLISUUS

ExactQ on lääkitäiläitiedirektiivi 93/42/EEC, luokan 1 tuote. Se ei sisällä terveydelle ja ympäristölle vaarallisia tai haitallisia yhdisteitä. Tuotteen materiaalit ovat Öko-Tex-sertifioituja ja REACH-asetuksen mukaisia.

MATERIAALIT

Huolellisesti valituilla materiaaleilla on erinomaiset ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet. Materiaalien paloluokka on **SL 1** (IMO FTPC Part 9).

Vaahtosisus on viskoelastista PU-geelivaahtoa. Hygieniapäällisen materiaali on PU-laminoitu polyesteri.

KOOT

42 x 42 x 7/13 cm
reikä 8 x 20 cm

PAINOSUOSITUS

korkeus 7 cm: 20-130 kg
korkeus 13 cm: 20-150 kg

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Materiaali on elastinen, hengittävä ja hiostamaton eikä päästä nesteitä läpi. Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä. Päällinen on antibakteerinen, home- sekä sienisuojuattu ja siinä on ommellut, lujat saumat.

Vaihtopäällisiä saatavilla.

TUOTTEEN KUNTO JA HÄVITYSOHJEET

Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut tuote ehjään. Tuotteen elinkaari on pitkä. ExactQ voidaan hävittää turvallisesti ja edullisesti polttamalla. **Tuote ei ole ongelmajätettä!**

TAKUU

Takuu on kaksi (2) vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HOITO-OHJE

Päällisen pinta voidaan **pyyhkiä** heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Eritehokkuudessa käytetään happeen perustuvia desinfiointiaineita (PH 5-9). Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT -liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (PH≈10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.

Hygieniapäällinen voidaan irrottaa ja **pestä** pesukoneessa. Kuumadesinfiointi on mahdollinen **70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla** tai 95 °C:ssa. **Huom!** Vaahtosisukselle ei vesipesua!



MediMattress Oy on ISO 13485 ja ISO 14001 -sertifioitu yritys

Valmistaja:
MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki

asiakaspalvelu@medimattress.fi
puh. 0306 40 40 40
faksi 0306 40 40 48

www.medimattress.fi
www.carital.com
www.mediluxx.fi