

Tergo®RTG

RÖNTGENTASOPATJA



Tergo®RTG on matalan riskin röntgentasopatja kahvoilla. Käytön painoraja max. 150 kg.

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

YLEISKUVAUS

Tuotetta käytetään terveydenhuollossa erilaisilla tutkimustasoilla ja hoitopöydillä; soveltuu erityisesti röntgentasoille. Liukas keskiosa ja kahvat mahdollistavat potilaan vaivattomamman liikuttamisen esimerkiksi erilaisiin kuvausasentoihin.

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on toimia makuualustana makuuasennossa painehaavojen ennaltaehkäisyssä matalan painehaavariskin potilaille, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt käytön tarpeelliseksi painehaavariskin tai muun käyttötarpeen vuoksi sekä arvioinut lääkinällisen laitteen sopivan kyseiseen hoitotilanteeseen.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Matalan painehaavariskin potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkinällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Painehaavariskiluokat teknisen rakenteen perusteella voidaan arvioida olevan matala riski, kun otetaan huomioon kaikki muut tekijät.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava makuualustan mitat erikseen.

Resuskitaation yhteydessä suositellaan potilaan ja patjan väliin asetettavaksi kova levy niin pian kuin se on mahdollista elvytyksen käynnistämistä ja resuskitaatiota häiritsemättä.

VASTA-AIHEET

Tasopehmusteita ei saa käyttää potilailla, joilla on keskinkertainen, korkea tai erittäin korkea painehaavan riski kliinisen arvioinnin perusteella.



VALMISTAJA / MYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Tergo®RTG

RÖNTGENTASOPATJA



Tergo®RTG röntgentasopatjan alapuoli

VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Patjan vaahtosisus on keskikovaa (3,8 kPa CLD 40 %) PU-kimmovaahtoa. Vaahdon korkea tiheyspaino (43 kg/m³) takaa pitkän käyttöiän.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-, lika- ja eritetiivistä² PU-laminoitua polyesteriä. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskesävyys³. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁴.

Vetoketju sijaitsee patjan toisella lyhyellä sivulla. Patjassa on kolme sivukahvaa/puoli.

Huom! Sivukahvoja tulee käyttää vain potilaan liikuttamisen avustamiseen hoitotason päällä. Päällisen sivukahvat eivät ole tarkoitettu potilaan nostamiseen.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaitteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Vaahtomateriaali on CertiPUR-sertifioitu. Tuotteen paloluokitus on SL1⁵.

KOOT JA PAINO

Valittavissa välillä 60-85 x 170-220 x 3/5 cm, muut erikoiskoot mittatilaustyönä.

Paino päällisineen n. 4 kg.

Huom! Yli 200 cm pitkissä patjoissa jatkopala liimataan vaahtomuovilevyn toiseen päähän. Liimauskohta näkyy varjona RTG-kuvassa. Häiriön vähentämiseksi jatkopala sijoittuu samaan päähän kuin vetoketju.

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET

Tuotteen arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- sisukset: viisi (5) vuotta
- päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai sekajätteisiin.

TAKUU

Vaahtosisuksilla on viiden (5) ja päällisillä kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioidulla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyyhinta ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikä.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.



LÄHTEET

¹Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

²Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti.

³Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁴Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.

⁵Testattu EN 597-1&2 sekä IMO 2010 FTPC ANNEX 1 Part 9 -mukaisesti.



VALMISTAJA / MYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi